

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – pomoce dydaktyczne CPV 39162100-6

Fantom szkoleniowy dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szt. 1

Nazwa parametru	Wymagane minimalne parametry techniczne
Rodzaj pomocy	Fantom szkoleniowy dedykowany do prowadzenia szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Właściwości zestawu	Fantom szkoleniowy powinien posiadać rozwiązania pomagające prowadzić zajęcia i przekazywać informacje zwrotne na temat jakości wykonywanych ćwiczeń: - wbudowany wskaźnik świetlny (kolorowe diody LED), który informuje czy kursant wykonuje uciski klatki piersiowej w prawidłowym tempie i z odpowiednią siłą, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), - wydawać sygnał dźwiękowy „klik-klak”, który informuje, że poziom kompresji klatki piersiowej przy ucisku osiągnął prawidłową wartość - mechanizm dostosowujący siłę ucisku klatki piersiowej, który pozwala poczuć kursantowi odpowiedni opór, gdy przekroczy wymagalny poziom kompresji Fantom powinien umożliwiać prowadzenie wszystkich działań ratowniczych z zakresie pierwszej pomocy (BLS), odwzorowywać anatomiczną budowę ciała. Powinien mieć mechanizm wymagający odchylenie głowy do tyłu w celu prawidłowego udrożnienia dróg oddechowych, widoczne unoszenie i opadanie klatki piersiowej w czasie wentylacji, umożliwiać rękoczyn uciśnięcia nadbrzusza, co daje możliwość nauki techniki udzielenia pomocy przy zadławieniu. Gwarancja: 3 lata od momentu zakupu.